



ERRATA ANEXO IV - RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO do Edital de Pregão Presencial nº12/2015

No Lote 1, item 1, onde se lê:

CADEIRA ODONTOLÓGICA COM ESTRUTURA EM AÇO, comCadeira contendo no mínimo **(6) oito movimentos** sendo, (4) quatro individuais sendo eles subida e descida do encosto, subida e descida da cadeira e (2) dois automáticos, sendo 1 programáveis pelo CD e o outro (volta à zero).

Leia-se:

CADEIRA ODONTOLÓGICA COM ESTRUTURA EM AÇO, comCadeira contendo no mínimo **(6) seis movimentos** sendo, (4) quatro individuais sendo eles subida e descida do encosto, subida e descida da cadeira e (2) dois automáticos, sendo 1 programáveis pelo CD e o outro (volta à zero).

No lote 3, item 4, onde se lê:

CÂMERA INTRA E EXTRAORAL

Capacidade para armazenar 5.000 fotos. Foco automático. **Sem fio.** Pode ser usada de forma intra ou extraoral. **Não necessita instalação de software.** As imagens capturadas podem ser salvas em computador ou simplesmente visualizadas em uma TV ou monitor/TV através de uma entrada de vídeo RCA. Bateria de lítio. **Iluminação: 6 LEDs. Resolução:** 640 X 480 (VGA) / 0.3 megapixel. Voltagem: 127 / 220 V - comutação automática. Frequência: 50/60 Hz.

Leia-se:

CÂMERA INTRA E EXTRAORAL

Capacidade de armazenar no mínimo 5.000 fotos, podendo ou não ser instalado software.. Foco automático. **Com ou sem fio.** Pode ser usada de forma intra ou extraoral. As imagens capturadas podem ser salvas em computador ou simplesmente visualizadas em uma TV ou monitor/TV através de uma entrada de vídeo RCA. Bateria de lítio. **Iluminação com LEDs. Resolução mínima:** 640 X 480 (VGA) / 0.3 megapixel. Voltagem: 127 / 220 V - comutação automática. Frequência: 50/60 Hz.

No Lote 4, item 6, onde se lê:

ULTRA-SOM ODONTOLÓGICO

Equipamento para profilaxia com... Opção de 3 funções programadas: **Perio, Endo e Scalling Lexan com Bolha.** Ajuste fino da potência (frequência entre 24 e 29kHz). Capa do Transdutor Removível e autoclavável. Mínimo de Duas capas acompanhando aparelho.

Leia-se:



Centro Universitário da Cidade de União da Vitória

União da Vitória | São Mateus do Sul | Paraná

Telefones.: 42. 3522 1837 | 42. 3532 6154

www.uniuv.edu.br

ULTRA-SOM ODONTOLÓGICO

Equipamento para profilaxia com... Opção **de 2 funções programadas: Perio e Endo.** Ajuste fino da potência (frequência entre 24 e 29kHz). Capa do Transdutor Removível e autoclavável. Mínimo de Duas capas acompanhando aparelho.

União da Vitória, 14 de agosto de 2015.

Josiane Bendlin Gasparoto
Pregoeira