



Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória
Centro Universitário de União da Vitória
COMPRAS E LICITAÇÕES

2º TERMO DE RETIFICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº2/2017

REFERENTE	EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO Nº 2/2017 - PREGÃO PRESENCIAL nº 2/2017
OBJETO	AQUISIÇÃO DE SUPORTES E CESTOS ARAMADOS DE AÇO INOXIDÁVEL PARA A SALA DE GUARDA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO (CME) DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA DA UNIUV

Pelo presente termo fica alterada a Especificação constante no Anexo IV – Relação dos Itens da Licitação do Edital de Pregão Presencial nº02/2017, conforme segue:

Item 1

Especificação

SUPORTES COM 10 CESTOS ARAMADOS EM AÇO INOXIDÁVEL, Os suportes aramados devem ser confeccionados em aço inoxidável AISI 304 e os cestos em aço inoxidável AISI 304 eletropolidos e com soldas automáticas. Seu modelo deverá ser conforme desenho em anexo.

Serão destinados a armazenar pacotes da central de material das clinicas odontologias do Centro Universitário de União da Vitória – UNIUV, eliminando assim possíveis armários e facilitando o arejamento dos pacotes, facilitando a secagem e impedindo a recontaminação.

É de inteira responsabilidade da ganhadora da licitação verificar in loco todas as medidas antes da confecção dos cestos e suportes, afim de que executem com perfeito encaixe entre parede a parede e ou piso e teto.

Os cestos devem se encaixar perfeitamente aos suportes e os suportes devem resistir ao peso dos cestos com os devidos equipamentos armazenados, afim de não ocasionar acidentes com os materiais.

Bitola do fio do aramado (diâmetro): 4mm.

Espessura da chaparia dos suportes: 6mm.

Os itens devem atender as especificações do memorial descritivo e por ser o mesmo fabricante dos cestos e suportes, eles deverão ter o perfeito encaixe e funcionamento.

Para qualquer dúvida referente aos cestos e suportes deverão entrar em contato com a arquiteta Fernanda Meyer.

Desenho referência nº 1

Item 2

Especificação

SUPORTES DUPLOS COM 20 CESTOS ARAMADOS EM AÇO INOXIDÁVEL, Os suportes aramados devem ser confeccionados em aço inoxidável AISI 304 e os cestos em aço inoxidável AISI 304 eletropolidos e com soldas automáticas. Seu modelo deverá ser conforme desenho em anexo.

Serão destinados a armazenar pacotes da central de material das clinicas odontologias do Centro Universitário de União da Vitória – UNIUV, eliminando assim possíveis armários e facilitando o arejamento dos pacotes, facilitando a secagem e impedindo a recontaminação.



Fundação Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória
Centro Universitário de União da Vitória
COMPRAS E LICITAÇÕES

É de inteira responsabilidade da ganhadora da licitação verificar in loco todas as medidas antes da confecção dos cestos e suportes, afim de que executem com perfeito encaixe entre parede a parede e ou piso e teto.

Os cestos devem se encaixar perfeitamente aos suportes e os suportes devem resistir ao peso dos cestos com os devidos equipamentos armazenados, afim de não ocasionar acidentes com os materiais.

Bitola do fio do aramado (diâmetro): 4mm.

Espessura da chaparia dos suportes: 6mm.

Os itens devem atender as especificações do memorial descritivo e por ser o mesmo fabricante dos cestos e suportes, eles deverão ter o perfeito encaixe e funcionamento.

Para qualquer dúvida referente aos cestos e suportes deverão entrar em contato com a arquiteta Fernanda Meyer.

Desenho referência nº 1

União da Vitória, 15 de fevereiro de 2017.

Josiane Bendlin Gasparoto
Pregoeira